

**EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN POR MENOR CUANTÍA PROCESO No. 08 - 2018**

CIUDAD	Ibagué
FECHA	19 de abril de 2018
LUGAR	Oficina de Contratación de la Universidad del Tolima, Sede Principal, Barrio Santa Elena.
DEPENDENCIA INTERESADA	Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico - Unidad de Gestión de Convenios y Proyectos

INFORMACIÓN DEL PROCESO:

NÚMERO DE PROCESO	08 - 2018
OBJETO	Compra de un analizador de gases por Infrarrojo portable (IRGA), que permite la medición simultánea de intercambio gaseoso (CO ₂ /H ₂ O) y Fluorescencia de la clorofila en plantas, para el laboratorio del grupo Interdisciplinario de Investigación en Fruticultura Tropical de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Tolima.
PRESUPUESTO OFICIAL	\$ 198.000.000
FECHA DE APERTURA	12 de abril de 2018
FECHA DE CIERRE	18 de abril de 2018

1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PROPUESTA

	REQUISITOS HABILITANTES	INSAK CUMPLE	COLTEIN CUMPLE	MASER CUMPLE
1	Registro mercantil para personas naturales con establecimiento comercial (si aplica) o Registro de existencia y representación legal para personas jurídicas	SI	SI	SI
2	Cédula de ciudadanía	SI	SI	SI
3	Acreditación pago sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA.	SI	SI	SI
4	RUT	SI	SI	SI
5	Certificado de antecedentes disciplinarios por la Procuraduría General de la Nación.	SI	SI	SI
6	Certificado de antecedentes judiciales otorgado por la Policía Nacional y no vinculación al sistema de medidas correctivas de la policía nacional.	SI	SI	SI

7	Certificado de antecedentes fiscales otorgado por la Contraloría General de la República.	SI	SI	SI
8	RUP	SI	SI	SI
9	Experiencia del Proponente	SI	SI	SI
	DOCUMENTOS TÉCNICOS:			
10	Certificaciones de calidad y garantía	SI	SI	SI
11	Cumplimiento de la ficha técnica.	NO	SI	NO
	DOCUMENTOS FINANCIEROS			
12	Capacidad financiera del proponente con base en la información del RUP	SI	SI	SI

OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA FICHA TECNICA DE CADA PROPONENTE.

INSAK: Esta empresa ofrece el equipo LCpro T de ADC Bioscientific. Este equipo cumple con todas las características de la ficha técnica pero no permite la medición simultánea de fotosíntesis y fluorescencia, requisito establecido en el objeto de la invitación. La empresa oferta el módulo de fluorescencia OS1P que se acopla a la consola del LCpro, pero las mediciones no se realizan en forma simultánea debido a que el diseño del equipo, revisado en el manual publicado en la página web de la empresa fabricante, define que la consola trabaja con solo una unidad a la vez (fluorescencia o fotosíntesis), por lo que las mediciones son independientes.

COLTEIN: Esta empresa ofrece el equipo CIRAS 3, cumple que las mediciones de fluorescencia y fotosíntesis sean simultáneas y todas las características de la ficha técnica.

MASER: Esta empresa ofrece el equipo LCpro SD de ADC Bioscientific, toma mediciones simultáneas de fotosíntesis y fluorescencia, sin embargo no cumple una especificación de la ficha técnica de permitir realizar ajustes de la proporción de luz por longitud de onda RGBW (picos máximos de rojo, verde, azul y blanco). Este oferente quedaría descartado por el incumplimiento a dicho requerimiento.

2. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Una vez verificado el cumplimiento de requisitos, se procedió a realizar la evaluación de las propuestas que cumplen los requisitos habilitantes, según los criterios establecidos en los estudios previos y en la invitación de contratación de menor cuantía 08 - -2018, documentos publicados en la página web de la Universidad del Tolima.

1. Oferta económica:

El oferente que cumpliendo con las exigencias técnicas oferte el menor precio, obtendrá un puntaje de 60; los demás se le otorgará puntaje de manera proporcional utilizando regla de tres.

El proponente deberá indicar el valor total de la propuesta económica, donde deberán estar incluidos todos los impuestos, cargos y costos en los que deberá incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto contractual. El valor de la propuesta económica no podrá exceder el valor establecido en la convocatoria, so pena de rechazo.

Criterio		COLTEIN
Descripción	Puntaje	
Menor Valor	60	60
La segunda propuesta con mayor valor	30	
La tercera propuesta con mayor valor	10	

2. Mejor servicio postventa.

El mejor servicio postventa que se tiene en cuenta para el presente contrato hace referencia a aspectos como: 1. visitas preventivas de mantenimiento y control del equipo, 2. disponibilidad rápida y eficiente de repuestos, 3. capacitaciones y actualizaciones referentes a determinaciones analíticas a través del equipo, 4. disponibilidad inmediata, ya sea vía telefónica o virtual, del técnico en los casos que fuere necesario.

Criterio		COLTEIN
Descripción	Puntaje	
Mejor servicio posventa	40	40
al menos dos de los servicios postventas	30	
ofrezca entre 2 y 4 de los servicios postventa	20	
y ofrezca 1 servicio postventa	5	


3. SELECCIÓN DE PROPUESTAS

Criterio	COLTEIN
PROPUESTA ECONOMICA	60
SERVICIO POSVENTA	40
PUNTAJE TOTAL	100


Revisada la propuesta y asignada la puntuación, de acuerdo a la invitación de la referencia se evidenció que el proponente **COLTEIN** cumple con todos los requisitos de la invitación y por ende se recomienda al ordenador del gasto la selección de la misma.

Siendo las 11:30 a.m. del día 19 de abril de 2018, se da por terminada la evaluación de la propuesta presentada.


COMITÉ EVALUADOR:



YENNY FERNANDA URREGO PEREIRA.
Profesor de Planta



MARÍA BIANNEY BERMÚDEZ CARDONA
Profesora de Planta



ANGÉLICA PIEDAD SANDOVAL ALDANA
Profesora de Planta